

## Materialinnehåll i LINKs Co-Cr implantat, legering enl. ISO 5832-4

Avskrift av tabell 1 i standarden

<u>Ämne</u>	<u>Min %</u>	<u>Max %</u>
Krom	26.5	30.0
Molybden	4.5	7.0
Nickel	-	1.0
Järn	-	1.0
Kol	-	0.35
Mangan	-	0.8
Kisel	-	1.0
Kobolt	-	Balanseras upp till 100%